

Płock, dn. 16.09.2019 r.

## WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy rozeznania cenowego na: „Dostawę stanowiska do badania lepkości oraz gęstości próbek petrochemicznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie skierowane przez jednego z uczestników ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia.

**Treść zapytania:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę wiskozymetru (poz. 1) o wymiarach 351 x 629 x 372mm?

Politechnika Warszawska Filia w Płocku udziela wyjaśnień:

**Odpowiedzi:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę, przedstawiony parametr dotyczy maksymalnych wymiarów urządzenia.

DYREKTOR  
Instytut Chemii  
*M. Pezdel*  
doc. dr inż. Małgorzata Pezdel